



L.dz. SK/...../DPUB/05/2018

Warszawa, dnia 20.07.2018 r.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę aparatów ultrasonograficznych” nr 08/07/18 opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dniu 14.07.2018 pod nr 2018/S 134-305069.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z dostawą aparatów ultrasonograficznych prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów ultrasonograficznych z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Gwarancja ma być na cały przedmiot zamówienia.

DYREKTOR SZPITALA
Ewa Piotrowska
mgr Ewa Piotrowska

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Anna Piętruska
mgr Anna Piętruska



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

