



...dz. SK/2381/DPUB/05/2018

Warszawa, dnia 30.07.2018 r.

Wyjaśnienia i Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawy materiałów szewnych” nr 17/05/18.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

PAKIET 1

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści nici 90cm z igłą podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści nici 90cm z igłą podwójną, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

PAKIET 2

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści monofilament syntetyczny, wchłaniający kwas glikolowy i węglanu trójmetylenu. Czas podtrzymywania tkankowego 60 dni. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej siły, po 3 tygodniach 65% pierwotnej siły a po czterech tygodniach 50% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 6 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłaniające, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidoksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego około 75% po 14 dniach, około 70% po 28 dniach, około 60% po 43 dniach, około 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, w związku z nieprecyzyjnym określeniem czasu podtrzymywania tkankowego.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści nici syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające, o okresie wchłaniania: 182-238 dni, profil podtrzymywania tkankowego: po 14 dniach -80%, po 28 dniach - 70%, po 42 dniach - 60%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 dopuści nici z igłą wzmocnioną, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian??

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

W przypadku Wykonawców oferujących dopuszczony produkt, powinni oni dokonać odpowiedniej modyfikacji załącznika asortymentowo-cenowego w odpowiedniej kolumnie formularza, z którego będzie wynikać zaoferowany produkt.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
mgr Anna Pietruszka

2-ga Dyrektora
Ekonomiczno-Finansowych
mgr Wiesław Więcki